



Alerta Sanitaria

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 313-2025
Bogotá, 16 octubre 2025

COMERCIALIZACION ILEGAL DE PRODUCTO FRAUDULENTO TODAY MUTUAL SENSATION

Nombre del producto: TODAY MUTUAL SENSATION

Registro sanitario: INVIMA 2014DM-0012169

Presentación comercial: Sobre por 1 unidad

Titular del registro: HALEON COLOMBIA S.A.S

Fabricante(s) / Importador(es): SURETEX LIMITED / HALEON COLOMBIA S.A.S

Referencia(s) / Código(s): N/A

Fuente de la alerta: DENUNCIA / IMPORTADOR

No. Identificación interna: DA2509-00623

Descripción del caso

HALEON COLOMBIA S.A.S ha informado sobre la comercialización ilegal del producto TODAY MUTUAL SENSATION, el cual estaría siendo falsificado, situación que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

En consecuencia, se advierte a la ciudadanía sobre la importancia de verificar las características del producto original frente a las del presunto producto falsificado o fraudulento, con el fin de evitar su adquisición y uso.

Se han identificado las siguientes diferencias entre la presentación comercial autorizada por el Invima y aquella no aprobada, correspondiente al producto amparado bajo el registro sanitario Invima 2014DM-0012169:



Imagen 1. Producto Original

Imagen 2. Producto Fraudulento

DIFERENCIAS:

1. DISEÑO DEL ENVASE:

- **Imagen original:** El envase presenta un diseño limpio, con un logo y texto sobre fondo metalizado, letra clara y legible, sin errores de ortografía, colores nítidos. En el reverso incluye instrucciones de uso y advertencias completas, además de las variables de lote, fecha de fabricación y vencimiento están impresas sin sobreponerse a otros textos, y de manera legible e indeleble, y correspondientes a un **número de lote único** que identifica el producto.
- **Imagen fraudulenta:** El envase presenta discrepancias significativas en colores, calidad y legibilidad de la impresión, así como posicionamiento de textos, en comparación con el diseño original. Textos reducidos en el reverso que no proveen las instrucciones completas de uso.
- La fecha de vencimiento y el lote del producto fraudulento están codificados de manera inversa con respecto al resto del texto, adicionalmente, **contiene 2 números de lotes (Lotes 180567241 y 24013221) y fechas de vencimiento (12/2023 y 05/2028) diferentes en el mismo empaque.**

- Se evidencia que **el registro sanitario asociado en el producto fraudulento es 2015DM-0000058-R1** el cual corresponde a una referencia diferente a la referencia “TODAY MUTUAL SENSATION”

Indicaciones y uso establecido

Prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado suspenda su uso y comuníquese con la secretaría de salud de su territorio, en caso de no lograrlo, comuníquese con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/> los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Si está utilizando el producto referenciado suspenda su uso y comuníquese con la secretaría de salud de su territorio, en caso de no lograrlo, comuníquese con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/> los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Si tiene conocimiento de la distribución y venta del producto referenciado comuníquese con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:

tecnoyreactivo@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

[Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
[Consultar registros sanitarios](#)

Realizar reportes en línea de eventos adversos

- [Farmacovigilancia](#)
- [Reactivovigilancia](#)
- [Tecnovigilancia](#)

www.invima.gov.co



@Invimacolombia



Invima Colombia

Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorruption@invima.gov.co

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima



Oficina Principal: Cra 10 # 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 # 64 - 60



PBX: (601) 242 5000 - Bogotá